

吸 引 娩 出 器

仕 様 書

隠岐広域連合立
隠岐病院

I. 仕様書概要説明

1. 調達の背景及び目的

分娩第Ⅱ期における分娩停止又は分娩遅延、回旋異常、軟産道強靱、母体疲労、母体腹圧不全、胎児機能不全、母体合併症時に急速遂娩を目的に使用し、また、新生児が血液や混濁した羊水・胎便を飲み込んだ場合にも使用する。現有機器は、修理対応期間も終了しており更新が必要である。

以上のことから、吸引娩出器の導入を行う。

2. 調達物品及び構成内訳

品 名：吸引娩出器

構成内訳：①本体	1 台
②娩出器用吸引ホース（1.5m 以上）	2 本
③吸引瓶（容量 1.5L）	1 個
④吸引瓶（容量 3.0L）	1 個
⑤防塵カバー	1 個

II. 基本仕様

性能、機能及び技術等に関する仕様項目に関しては、以下の要件を満たすこと。

1. 吸引圧は、0 から-93KPa であること。
2. 電源は、定格電源 AC100V であること。
3. 吸引瓶は、フロート弁付であること。また、容量 1.5L と 3.0L の切替えが容易であること。
4. 本体背面に、吸引チューブホルダが内蔵されていること。
5. 吸引カップ、吸引瓶、吸引チューブを完全に分解し洗浄できること。
6. 本体の寸法は、幅 40cm から 45cm、奥行 40cm から 45cm、高さ 80cm から 85cm の範囲内であること。

III. その他特記事項

その他特記事項に関しては、以下の要件を満たすこと。

1. 納入物品の搬入に要する養生及び据付け並びに稼働のための調整等を行うこと。
2. 装置の納入場所については、当院と協議すること。
3. 納入物品の搬入、据付け及び調整については、当院と協議の上行うこと。
4. 搬入、設置、配線及び調整等に要する費用は負担すること。
5. 落札から納入までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合は、当院と協議の上最新の仕様にて引き渡すこと。
6. 年間を通じて故障時のための連絡体制が整備されていること。
7. 障害時は、早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。
8. 納入物品の保証期間は、納入検査終了後 1 年間以上とすること。
9. 本装置一式が正常に稼働、臨床上最適に使用できるよう、設置稼働後 1 年は無償で定期的な点検を行い調整すること。
10. 納入物品は、納入後において少なくとも耐用年数中は稼働に必要な消耗品及び故障時における交換部品の安定した供給が確保されていること。
11. 取扱説明書及び簡易取扱説明書は、日本語版で 1 部以上提供し、また、電子媒体での提供も行うこと。
12. 納入物品には、基本的機能を損なわないよう必要な付属品等を備えること。
13. 納入物品のうち、薬事法の製造承認対象となる医療器具は、厚生労働大臣の承認を受けていること。
14. 本仕様書に明示無き事項については、当院の指示のもとに実施すること。